

Товариство з обмеженою відповідальністю “ЄВРОМЕДТЕХНІКА”

04050 м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, буд. 12
Тел. 050-312-28-62
e-mail: emt16@ukr.net

Вих. № 27/04-2024
Від 15.04. 2024 р.

Інформація стосовно запропонованого Товару (відповідно до вимог, зазначених в таблиці 3)

Таблиця 4

№ з/п	Найменування товару	Торгова назва медичного виробу відповідно до назви, яка зазначена в декларації відповідності або сертифікаті відповідності (за наявності)	Виробник та країна виробництва *	Номер і термін дії декларації відповідності та номер і термін дії сертифіката відповідності (за наявності)	Зазначити номер за порядком та/або сторінку та/або артикул медичного виробу в декларації відповідності та сертифікаті відповідності (за наявності)
3	Стент-система коронарна з лікувальним покриттям для лікування хворих із стандартними ураженнями	CRE8 стент кардіоваскулярний з системою доставки, елютуючий	ALVIMEDICA TIBBI URUNLER SANAYI VE DIS TICARET ANONIM SIRKETI, Turkey (Туреччина)	Декларація відповідності №3 діє до 10.06.2026 р. Сертифікат відповідності № UA.MD.372-21 діє до 10.06.2026 Сертифікат перевірки проекту № UA.DE.119-21 діє до 10.06.2026	Декларація від-ті. та Сертифікат відповідності № з/п 1,2,3

Назви всіх запропонованих виробів та їх комплектуючих ПОВИННІ ВІДПОВІДАТИ НАЗВУ, зазначеній в декларації про відповідність (за наявності), сертифікаті відповідності (за наявності) та товаросупровідних документах, з якими буде поставатися товар.

* Учасник вказує повний перелік виробничих об'єктів.

Директор ТОВ «ЄВРОМЕДТЕХНІКА»





Товариство з обмеженою відповідальністю
“СВРОМЕДТЕХНІКА”

04050 м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, буд. 12
Тел . 050-312-28-62
e-mail: emt16@ukr.net

Вих. № 28/04-2024
Від 15.04.2024 р.

Інформація стосовно додаткових характеристик/вимог/технічної специфікації запропонованого
товару до електронного каталогу відповідно Таблиці 3:

Таблиця 5

№ з/п	Найменування товару (медичного виробу) та торгова назва медичного виробу	Додаткові характеристики/вимоги/технічна специфікація	Учасник зазначає відповідність (так/ні) запропонованого до постачання товару з обов'язковим зазначенням назви та сторінки документа, що містить підтвердження відповідності
3	Стент-система коронарна з лікувальним покриттям для лікування хворих із стандартними ураженнями / CRE8 стент кардіоваскулярний з системою доставки, елютуючий	Матеріал стенту	Так, інструкція стор.78 (опис), витяг з каталогу, технічні дані стор.1/5
		Діаметри стенту:	Так, витяг з каталогу (інформація для замовлення) (від 2.25мм - 4.5мм)
		Довжини стенту:	Так, витяг з каталогу (інформація для замовлення) (від 8мм - 46 мм)
		Покриття стенту	Так, інструкція стор.78 (опис), витяг з каталогу, технічні дані стор.1/5
		Протизапальна антипроліферативна цитостатична речовина з групи limus.	





Товариство з обмеженою відповідальністю “СВРОМЕДТЕХНІКА”

04050 м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, буд. 12

Тел. 050-312-28-62

e-mail: emt16@ukr.net

Сумісність з провідниковим катетером	Від 5 Fr (0.056")	Так, інструкція стор.80 (п.11 вказівки з використання), витяг з каталогу, технічні дані стор.2/5
Товщина балок	Не більше 0,0036"	Так, технічні дані стор.1/5, витяг з каталогу (70 μ m -0,0028"; 80 μ m - 0,0031")
Рентгенконтрастні маркери	Наявність не менше 2х рентгенконтрастних маркерів на системі доставки	Так, технічні дані стор.2/5 (система доставки)
Номінальний тиск балону	Не менше 8 Атм.	Так, технічні дані стор.2/5 (система доставки); витяг з каталогу (NP – 9 атм)
Номінальний тиск розриву балону	Не менше 14 Атм	Так, технічні дані стор.2/5 (система доставки); витяг з каталогу (RBP – 18 атм)
Профіль входу кінчику балону:	Не більше 0,020"	Так, технічні дані стор.2/5 (система доставки)
Довжина катетера	Не менше 135 мм	Так, технічні дані стор.2/5 (система доставки), витяг з каталогу
Підтвердження безпеки та ефективності стенту	Учасник надає підтвердження наявності рандомізованих клінічних досліджень, які використовуються для підготовки	Так, підтвердження в наявності. Додаються з перекладом





Товариство з обмеженою відповідальністю "СВРОМЕДТЕХНІКА"

04050 м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, буд. 12

Тел. 050-312-28-62

e-mail: emt16@ukr.net

		міжнародних рекомендацій з рівнем доказів не нижче рівня B, тобто дані, отримані на основі більш одного рандомізованого клінічного дослідження, опублікованих в спеціалізованих виданнях, або копію відповідного спеціалізованого актуального видання (або витяг) Європейського товариства кардіологів (STEMI або NSTEMI або ESC/EACTS) в якому повинно бути виділено кольором дані, що підтверджують наявність рандомізованих клінічних досліджень.
--	--	---

Обов'язкові вимоги

Терміни щодо медичних виробів вживаються у значенні Законів України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності», «Про загальну безпеку нехарчової продукції», Постанов Кабінету Міністрів України від 02.10.2013 р. № 753 «Про затвердження Технічного регламенту щодо медичних виробів», від 02.10.2013 р. № 754 «Про затвердження Технічного регламенту щодо медичних виробів для діагностики in vitro», від 02.10.2013 р. № 755 «Про затвердження Технічного регламенту щодо активних медичних виробів, які імплантують».

Медичні вироби повинні відповідати вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів, або Технічного регламенту щодо медичних виробів для діагностики in vitro, або Технічного регламенту щодо активних медичних виробів, які імплантують.

Медичні вироби, повинні бути введені в обіг та/або експлуатацію у законний спосіб.





Товариство з обмеженою відповідальністю “ЄВРОМЕДТЕХНІКА”

04050 м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, буд. 12

Тел. 050-312-28-62

e-mail: emt16@ukr.net

Якщо виробник, який під власним іменем вводить в обіг медичні вироби, не є резидентом України, він зобов'язаний призначити одного уповноваженого представника, відповідального за введення в обіг цих виробів на ринку України. Такий представник зобов'язаний повідомити Державній службі України з лікарських засобів та контролю за наркотиками щодо свого місцезнаходження і надати перелік та опис відповідних виробів.

Відомості про осіб, відповідальних за введення в обіг медичних виробів, медичних виробів для діагностики in vitro та активних медичних виробів, які імплантують, у випадках, передбачених Технічними регламентами, на момент постачання Товару повинні бути внесені Державною службою України з лікарських засобів та контролю за наркотиками до Реєстру осіб, відповідальних за введення в обіг медичних виробів, активних медичних виробів, які імплантують та медичних виробів для діагностики in vitro на підставі отриманої від виробників або їх уповноважених представників інформації.

Первинна упаковка має зберігати якість, безпечність товару, який вона вміщує. Вся упаковка має бути належним чином запечатана та захищена від псування. Всі компоненти упаковки мають відповідати вимогам та стандартам, чинним на території України.

Медичні вироби, що постачаються стерильними, повинні бути виготовлені та стерилізовані належним чином із застосуванням валідованого методу.

Системи пакування нестерильних медичних виробів повинні забезпечувати їх зберігання без погіршення встановленого рівня чистоти таких виробів, а також мінімізувати ризик їх бактеріального зараження, якщо перед застосуванням медичних виробів передбачена стерилізація. Обрана система пакування повинна бути придатна до застосування з урахуванням визначеного виробником методу стерилізації.

Пакування та/або маркування повинні надавати можливість розрізняти ідентичні або подібні медичні вироби, що постачаються як стерильними, так і нестерильними.

Директор ТОВ «ЄВРОМЕДТЕХНІКА»

Кузнєцов О.В.





Товариство з обмеженою відповідальністю “ЄВРОМЕДТЕХНІКА”

04050 м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, буд. 12
Тел . 050-312-28-62
e-mail: emt16@ukr.net

Вих. № 29/04-2024
Від 15.04.2024 р.

Порівняльна таблиця відповідності товару технічним характеристикам

№ з/п	Найменування товару (медичного виробу) та торгова назва медичного виробу	Виробник та країна виробництва*	Характеристики, встановлені Замовником	Характеристики запропонованого Товару	Учасник зазначає відповідність (так/ні) запропонованого товару з обов'язковим зазначенням назви та сторінки технічного документа, що містить підтвердження відповідності
3	Стент-система коронарна з лікувальним покриттям для лікування хворих із стандартними ураженнями/ CRE8 стент кардіоваскулярний з системою доставки, елютуючий	ALVIMEDICA TIBBI URUNLER SANAYI VE DIS TICARET ANONIM SIRKETI, Turkey (Туреччина)	Матеріал стенту	Кобальт-хромовий сплав	Так, інструкція стор.78 (опис), витяг з каталогу, технічні дані стор.1/5
			Кобальт-хромовий сплав або нержавіюча медична сталь або аналог		
			Діаметри стенту:	Мінімальний – 2,25 мм; Максимальний –4,5 мм Можливі діаметри стенту:2.25; 2.5; 2.75; 3.0; 3.5; 4.0; 4.5	Так, витяг з каталогу (інформація для замовлення)
			Довжини стенту:	Мінімальна – 8 мм; Максимальна – 46 мм Можливі довжини стенту: 8 мм; 12 мм; 16 мм; 20 мм; 25 мм; 31 мм; 38 мм; 46 мм	






Товариство з обмеженою відповідальністю “ЄВРОМЕДТЕХНІКА”

04050 м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, буд. 12
Тел. 050-312-28-62
e-mail: emt16@ukr.net

Покриття стену	Протизапальна антипроліферативна цитостатична речовина з групи limus.	Протизапальна антипроліферативна цитостатична речовина з групи limus. – амфілімус™ (сіролімус+ органічна кислота)	Так, інструкція стор.78 (опис), витяг з каталогу, технічні дані стор.1/5
	Сумісність з провідником овим катетером	Від 5 Fr (0.056")	
Товщина балок	Не більше 0,0036"	5 Fr (0.056") 70 μm (0.0028") 80 μm (0.0031")	Так, інструкція стор.80 (п.11 вказівки з використання), витяг з каталогу, технічні дані стор.2/5 Так, технічні дані стор.1/5, витяг з каталогу (70 μm -0.0028"; 80 μm - 0.0031")
Рентгенко нтрастні маркери	Наявність не менше 2х рентгенконтрастних маркерів на системі доставки	В наявності 2 рентгенконтрастних маркери на системі доставки	Так, технічні дані стор.2/5 (система доставки)
Номіналь ний тиск балону	Не менше 8 Атм.	Номінальний тиск (NP) - 9 Атм	Так, витяг з каталогу, технічні дані стор.2/5(система доставки)
Номіналь ний тиск розриву балону	Не менше 14 Атм	Номінальний тиск розриву (RBP)- 18 Атм	





Товариство з обмеженою відповідальністю “ЄВРОМЕДТЕХНІКА”

04050 м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, буд. 12

Тел. 050-312-28-62

e-mail: emt16@ukr.net

		Профіль входу кінчику балону:	Не більше 0,020"	0.016" (Ø 2.25-2.5) 0.017" (Ø 2.75-4.5)	Так, технічні дані стор.2/5(система доставки)
		Довжина катетера	Не менше 135 см	142 см	Так, технічні дані стор.2/5(система доставки), витяг з каталогу
		Підтвердження безпеки та ефективності стенту	В наявності		
		Учасник надає підтвердження наявності рандомізованих клінічних досліджень, які використовуються для підготовки міжнародних рекомендацій з рівнем доказів не нижче рівня B, тобто дані, отримані на основі більш одного рандомізованого клінічного дослідження, опублікованих в спеціалізованих виданнях, або копію відповідного спеціалізованого актуального видання (або витяг) Європейського товариства кардіологів			







Товариство з обмеженою відповідальністю "ЄВРОМЕДТЕХНІКА"

04050 м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, буд. 12

Тел. 050-312-28-62

e-mail: emt16@ukr.net

	Профіль входу кінчику балону:	Не більше 0,020"	0.016" (Ø 2.25-2.5) 0.017" (Ø 2.75-4.5)	Так, технічні дані стор.2/5(система доставки)
	Довжина катетера	Не менше 135 см	142 см	Так, технічні дані стор.2/5(система доставки), витяг з каталогу
	Підтвердження безпеки та ефективності стенту	В наявності		
		Учасник надає підтвердження наявності рандомізованих клінічних досліджень, які використовуються для підготовки міжнародних рекомендацій з рівнем доказів не нижче рівня В, тобто дані, отримані на основі більш одного рандомізованого клінічного дослідження, опублікованих в спеціалізованих виданнях, або копію відповідного спеціалізованого актуального видання (або витяг) Європейського товариства кардіологів		





Товариство з обмеженою відповідальністю
«ЄВРОМЕДТЕХНІКА»

04050 м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, буд. 12
Тел . 050-312-28-62
e-mail: emt16@ukr.net

			(STEMI або NSTEMI або ESC/EACTS) в якому повинно бути виділено кольором дані, що підтверджують наявність рандомізованих клінічних досліджень.		

Директор ТОВ «ЄВРОМЕДТЕХНІКА»



Кузнєцов О.В.

**ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ
МЕДИЧНИХ ВИРОБІВ № 3**

Виробник: ALVIMEDICA TIBBI URUNLER SANAYI VE DIS TICARET ANONIM SIRKETI,
Istanbul Trakya Serbest Bolgesi, Ferhatpasa Mahallesi, Ataturk Bulvari Manolya Sokak No.
16, 34540 Catalca, Istanbul Turkey

підтверджує, що вироби медичні:

Стент-системи кардіоваскулярні та катетери для кардіоваскулярних втручань
(згідно додатку на одній сторінці)

клас ризику: III

які виготовляються ALVIMEDICA TIBBI URUNLER SANAYI VE DIS TICARET ANONIM
SIRKETI, Istanbul Trakya Serbest Bolgesi, Ferhatpasa Mahallesi, Ataturk Bulvari
Manolya Sokak No. 16, 34540 Catalca, Istanbul Turkey

відповідають вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого
Постановою Кабінету Міністрів України від 02.10.2013 №753.
Технічна документація на медичний виріб розроблена та впроваджена.

Декларацію складено на підставі:

1. Сертифікат про відповідність вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів
№ UA.MD.372-21 перше видання 11.06.2021, зареєстрований у Реєстрі 28.10.2021р., дійсний до
10.06.2026, щодо застосування комплексної системи управління якістю на етапах розроблення,
виробництва і остаточної перевірки медичних виробів, Додаток 3, за виключенням пунктів 8-11;
2. Сертифікат перевірки проекту № UA.DE.119-21 перше видання 11.06.2021, зареєстрований
у Реєстрі 28.10.2021р., дійсний до 10.06.2026, щодо відповідності проекту виробу вимогам
Технічного регламенту щодо медичних виробів, Додаток 3 (розділи 8-11),
Сертифікати видано Органом з оцінки відповідності ТОВ "УКРМЕДСЕРТ" (номер призначеного
органу № UA.TR.099, атестат акредитації від 22.03.2021 № 10240).

Уповноважений представник виробника в Україні:

Товариство з обмеженою відповідальністю «ЄВРОМЕДТЕХНІКА»,
адреса: 04050, м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 12
(за дорученням від № 01/0521 від 10.05.2021 р.)

Відповідальність за достовірність наданої інформації несе виробник.
Перше видання 11.06.2021
Зареєстрований у Реєстрі 28.10.2021
Термін дії до 10.06.2026

Уповноважений виробника в Україні

ТОВ «ЄВРОМЕДТЕХНІКА»
Директор

Кузнецов О.В.



29.10.2021 р.
(дата)

діє до 10.06.2026 р.



КОПІЯ
З ОРИГІНАЛОМ ЗГІДНО
ДИРЕКТОР ТОВ
«ЄВРОМЕДТЕХНІКА»
КУЗНЕЦОВ О.В.

Додаток до декларації про відповідність №3

ПЕРЕЛІК ВИРОБІВ

1.	ICLI22508, ICLI22512, ICLI22516, ICLI22520, ICLI22525, ICLI22531, ICLI2508, ICLI2512, ICLI2516, ICLI2520, ICLI2525, ICLI2531, ICLI2538, ICLI2546, ICLI27508, ICLI27512, ICLI27516, ICLI27520, ICLI27525, ICLI27531, ICLI27538, ICLI27546	CRE8 (2.25-2.50-2.75 мм) стент кардіоваскулярний з системою доставки, елютуючий
2.	ICLI3008, ICLI3012, ICLI3016, ICLI3020, ICLI3025, ICLI3031, ICLI3038, ICLI3046, ICLI3508, ICLI3512, ICLI3516, ICLI3520, ICLI3525, ICLI3531, ICLI3538, ICLI3546	CRE8 (3.0 – 3.50 мм) стент кардіоваскулярний з системою доставки, елютуючий
3.	ICLI4008, ICLI4012, ICLI4016, ICLI4020, ICLI4025, ICLI4031, ICLI4038, ICLI4512, ICLI4516, ICLI4520, ICLI4525, ICLI4531	CRE8 (4.0 – 4.50 мм) стент кардіоваскулярний з системою доставки, елютуючий
4.	ICNC27520, ICNC30006, ICNC30008, ICNC30012, ICNC30015, ICNC30020, ICNC30030, ICNC32506, ICNC32508, ICNC32512, ICNC32515, ICNC32520, ICNC35006, ICNC35008, ICNC35012, ICNC35015, ICNC35020, ICNC35030, ICNC37506, ICNC37508, ICNC37512, ICNC37515, ICNC37520, ICNC40006, ICNC40008, ICNC40012, ICNC40015, ICNC40020, ICNC45008, ICNC45012, ICNC45015, ICNC45020, ICNC50008, ICNC50012, ICNC50015, ICNC50020, ICNC17506, ICNC17508, ICNC17512, ICNC17515, ICNC17520, ICNC20006, ICNC20008, ICNC20012, ICNC20015, ICNC20020, ICNC22506, ICNC22508, ICNC22512, ICNC22515, ICNC22520, ICNC25006, ICNC25008, ICNC25012, ICNC25015, ICNC25020, ICNC25030, ICNC27506, ICNC27508, ICNC27512, ICNC27515	FLUYDO NC, стерильний ЧТКА балонний дилатаційний катетер швидкої заміни
5.	ICV8375, ICV8376, ICV8381, ICV8382, ICV8387, ICV8388, ICV8393, ICV8394	FLUYDO PEGASO (1.5 – 2.0 мм) балонний дилатаційний ангіопластичний катетер
6.	ICV8377, ICV8378, ICV8383, ICV8384, ICV8389, ICV8390, ICV8395, ICV8396	FLUYDO PEGASO (2.5 – 3.0 мм) балонний дилатаційний ангіопластичний катетер
7.	ICV8379, ICV8380, ICV8385, ICV8386, ICV8391, ICV8392, ICV8397, ICV8398	FLUYDO PEGASO (3.5 – 4.0 мм) балонний дилатаційний ангіопластичний катетер
8.	508110021101, 508110021102, 508110021103, 508110021104, 508110021105, 508110021106, 508110021107, 508110021108, 508110021109, 508110021110, 508110021111, 508110021112, 508110021113, 508110021114, 508110021115, 508110021116, 508110021117, 508110021118, 508110021119, 508110021120, 508110021121, 508110021122, 508110021123, 508110021124, 508110021125, 508110021126, 508110021127, 508110021128, 508110021129, 508110021130, 508110021131, 508110021132, 508110021133	CORACTO рапаміцин-елютуючий коронарний стент з системою доставки
9.	508110020801, 508110020802, 508110020803, 508110020804, 508110020805, 508110020806, 508110020807, 508110020808, 508110020809, 508110020810, 508110020811, 508110020812, 508110020813, 508110020814, 508110020815, 508110020816, 508110020817, 508110020818, 508110020819, 508110020820, 508110020821, 508110020822, 508110020823, 508110020824, 508110020825, 508110020826, 508110020827, 508110020828, 508110020829, 508110020830, 508110020831, 508110020832, 508110020833, 508110020834, 508110020835, 508110020836, 508110020837, 508110020838, 508110020839, 508110020840, 508110020841, 508110020842, 508110020843, 508110020844, 508110020845, 508110020846, 508110020847, 508110020848, 508110020849, 508110020850, 508110020851, 508110020852, 508110020853, 508110020854, 508110020855, 508110020856, 508110020857.	COMMANDER кобальт-хромовий коронарний стент з системою доставки

КОПІЯ
З ОРИГІНАЛОМ ЗГІДНО
ДИРЕКТОР ТОВ
«ЄВРОМЕДТЕХНІКА»
КУЗНЕЦОВ О. В



10.

503110202301, 503110202302, 503110202303, 503110202304,
503110202305, 503110202306, 503110202307, 503110202308,
503110202309, 503110202310, 503110202311, 503110202312,
503110202313, 503110202314, 503110202315, 503110202316,
503110202317, 503110202318, 503110202319, 503110202320,
503110202321, 503110202322, 503110202323, 503110202324,
503110202325, 503110202326, 503110202327, 503110202328,
503110202329, 503110202330, 503110202331, 503110202332,
503110202333, 503110202334, 503110202335, 503110202336,
503110202337, 503110202338, 503110202339, 503110202340,
503110202341, 503110202342, 503110202343, 503110202344,
503110202345, 503110202346, 503110202347, 503110202348,
503110202349, 503110202350, 503110202351, 503110202352,
503110202353, 503110202354, 503110202355, 503110202356,
503110202357, 503110202358, 503110202359, 503110202360,
503110202361, 503110202362, 503110202363, 503110202364,
503110202365, 503110202366, 503110202367, 503110202368,
503110202369, 503110202370, 503110202371, 503110202372,
503110202373, 503110202374, 503110202375, 503110202376,
503110202377, 503110202378, 503110202379, 503110202380,
503110202381, 503110202382, 503110202383, 503110202384,
503110202385, 503110202386, 503110202387, 503110202388,
503110202389, 503110202390, 503110202391, 503110202392,
503110202393, 503110202394, 503110202395, 503110202396,
503110202397, 503110202398, 503110202399, 503110202401,
503110202402, 503110202403, 503110202404, 503110202405,
503110202406, 503110202407, 503110202408, 503110202409,
503110202410, 503110202411, 503110202412, 503110202413,
503110202414, 503110202415, 503110202416, 503110202417,
503110202418, 503110202419, 503110202420, 503110202421,
503110202422, 503110202423, 503110202424, 503110202425,
503110202432, 503110202433, 503110202438, 503110202439,
503110202440, 503110202441, 503110202446, 503110202447,
503110202448, 503110202449, 503110202601, 503110202602,
503110202603, 503110202604, 503110202605, 503110202606,
503110202607, 503110202608, 503110202609, 503110202610,
503110202611, 503110202612, 503110202613, 503110202614,
503110202615, 503110202616, 503110202617, 503110202618,
503110202619, 503110202620, 503110202621, 503110202622,
503110202623, 503110202624, 503110202625, 503110202626,
503110202627, 503110202628, 503110202629, 503110202630,
503110202631, 503110202632, 503110202633, 503110202634,
503110202635, 503110202636, 503110202637, 503110202638,
503110202639, 503110202640, 503110202641, 503110202642,
503110202643, 503110202644, 503110202645, 503110202646,
503110202647, 503110202648, 503110202649, 503110202650,
503110202651, 503110202652, 503110202653, 503110202654,
503110202655, 503110202656, 503110202657, 503110202658,
503110202659, 503110202660, 503110202661, 503110202662,
503110202663, 503110202664, 503110202665, 503110202666,
503110202667, 503110202668, 503110202669, 503110202670,
503110202671, 503110202672, 503110202673, 503110202674,
503110202675, 503110202676, 503110202677, 503110202678,
503110202679, 503110202680, 503110202681, 503110202682,
503110202683, 503110202684, 503110202685, 503110202686,
503110202687, 503110202688, 503110202689, 503110202690,

ALVIGUIDE BLUE PLUS інтервенційний
кардіологічний провідниковий катетер

КОПІЯ
З ОРИГІНАЛОМ ЗГІДНО
ДИРЕКТОР ТОВ
«ЄВРОМЕДТЕХНІКА»
КУЗНЕСОВ О. В



503110202691, 503110202692, 503110202693, 503110202694,
503110202695, 503110202696, 503110202697, 503110202698,
503110202699, 503110202701, 503110202702, 503110202703,
503110202704, 503110202705, 503110202706, 503110202707,
503110202708, 503110202709, 503110202710, 503110202711,
503110202712, 503110202713, 503110202714, 503110202715,
503110202716, 503110202717, 503110202718, 503110202719,
503110202720, 503110202721, 503110202722, 503110202723,
503110202724, 503110202725, 503110202732, 503110202733,
503110202738, 503110202739, 503110202740, 503110202741,
503110202746, 503110202747, 503110202748, 503110202749,
503110202901, 503110202902, 503110202903, 503110202904,
503110202905, 503110202906, 503110202907, 503110202908,
503110202909, 503110202910, 503110202911, 503110202912,
503110202913, 503110202914, 503110202915, 503110202916,
503110202917, 503110202918, 503110202919, 503110202920,
503110202921, 503110202922, 503110202923, 503110202924,
503110202925, 503110202926, 503110202927, 503110202928,
503110202929, 503110202930, 503110202931, 503110202932,
503110202933, 503110202934, 503110202935, 503110202936,
503110202937, 503110202938, 503110202939, 503110202940,
503110202941, 503110202942, 503110202943, 503110202944,
503110202945, 503110202946, 503110202947, 503110202948,
503110202949, 503110202950, 503110202951, 503110202952,
503110202953, 503110202954, 503110202955, 503110202956,
503110202957, 503110202958, 503110202959, 503110202960,
503110202961, 503110202962, 503110202963, 503110202964,
503110202965, 503110202966, 503110202967, 503110202968,
503110202969, 503110202970, 503110202971, 503110202972,
503110202973, 503110202974, 503110202975, 503110202976,
503110202977, 503110202978, 503110202979, 503110202980,
503110202981, 503110202982, 503110202983, 503110202984,
503110202985, 503110202986, 503110202987, 503110202988,
503110202989, 503110202990, 503110202991, 503110202992,
503110202993, 503110202994, 503110202995, 503110202996,
503110202997, 503110202998, 503110202999, 503110203001,
503110203002, 503110203003, 503110203004, 503110203005,
503110203006, 503110203007, 503110203008, 503110203009,
503110203010, 503110203011, 503110203012, 503110203013,
503110203014, 503110203015, 503110203016, 503110203017,
503110203018, 503110203019, 503110203020, 503110203021,
503110203022, 503110203023, 503110203024, 503110203025,
503110203032, 503110203033, 503110203038, 503110203039,
503110203040, 503110203041, 503110203046, 503110203047,
503110203048, 503110203049, 503110203201, 503110203202,
503110203203, 503110203204, 503110203205, 503110203206,
503110203207, 503110203208, 503110203209, 503110203210,
503110203211, 503110203212, 503110203213, 503110203214,
503110203215, 503110203216, 503110203217, 503110203218,
503110203219, 503110203220, 503110203221, 503110203222,
503110203223, 503110203224, 503110203225, 503110203226,
503110203227, 503110203228, 503110203229, 503110203230,
503110203231, 503110203232, 503110203233, 503110203234,
503110203235, 503110203236, 503110203237, 503110203238,
503110203239, 503110203240, 503110203241, 503110203242,
503110203243, 503110203244, 503110203245, 503110203246,



КОПІЯ
З ОРИГІНАЛОМ ЗГІДНО
ДИРЕКТОР ТОВ
«СВРОМЕДТЕХНІКА»
КУЗНЕСЦОВ О. В.

	503110203247, 503110203248, 503110203249, 503110203250, 503110203251, 503110203252, 503110203253, 503110203254, 503110203255, 503110203256, 503110203257, 503110203258, 503110203259, 503110203260, 503110203261, 503110203262, 503110203263, 503110203264, 503110203265, 503110203266, 503110203267, 503110203268, 503110203269, 503110203270, 503110203271, 503110203272, 503110203273, 503110203274, 503110203275, 503110203276, 503110203277, 503110203278, 503110203279, 503110203280, 503110203281, 503110203282, 503110203283, 503110203284, 503110203285, 503110203286, 503110203287, 503110203288, 503110203289, 503110203290, 503110203291, 503110203292, 503110203293, 503110203294, 503110203295, 503110203296, 503110203297, 503110203298, 503110203301, 503110203302, 503110203303, 503110203304, 503110203305, 503110203306, 503110203307, 503110203308, 503110203309, 503110203310, 503110203311, 503110203312, 503110203313, 503110203314, 503110203315, 503110203316, 503110203317, 503110203318, 503110203319, 503110203320, 503110203321, 503110203322, 503110203323, 503110203324, 503110203325, 503110203332, 503110203333, 503110203338, 503110203339, 503110203340, 503110203341, 503110203346, 503110203347, 503110203348, 503110203349.	
11.	501110019501, 501110019502, 501110019503, 501110019504, 501110019505, 501110019506, 501110019507, 501110019508, 501110019509, 501110019510, 501110019512, 501110019513, 501110019514, 501110019515, 501110019516, 501110019517, 501110019518, 501110019519, 501110019520, 501110019521, 501110019522, 501110019523, 501110019524, 501110019525, 501110019526, 501110019527, 501110019601, 501110019701, 501110019801, 501110019901, 501110019602, 501110019702, 501110019802, 501110019902, 501110019603, 501110019704, 501110019803, 501110019903, 501110019604, 501110019703, 501110019804, 501110019904, 501110019605, 501110019705, 501110019805, 501110019905, 501110019606, 501110019706, 501110019806, 501110019906, 501110019607, 501110019707, 501110019807, 501110019907, 501110019608, 501110019708, 501110019808, 501110019908, 501110019609, 501110019709, 501110019809, 501110019909, 501110019610, 501110019711, 501110019810, 501110019910, 501110019611, 501110019710, 501110019811, 501110019911, 501110019612, 501110019712, 501110019812, 501110019912, 501110019613, 501110019713, 501110019813, 501110019913, 501110019614, 501110019714, 501110019814, 501110019914, 501110019615, 501110019715, 501110019815, 501110019915, 501110019616, 501110019716, 501110019816, 501110019916, 501110019617, 501110019717, 501110019817, 501110019917, 501110019618, 501110019718, 501110019818, 501110019918, 501110019619, 501110019719, 501110019819, 501110019919, 501110019620, 501110019720, 501110019820, 501110019920, 501110019621, 501110019721, 501110019821, 501110019921, 501110019622, 501110019722, 501110019822, 501110019922, 501110019623, 501110019723, 501110019823, 501110019923, 501110019624, 501110019724, 501110019824, 501110019924, 501110019625, 501110019725, 501110019825, 501110019925, 501110019626, 501110019726, 501110019826, 501110019926.	ALVISION інтервенційний кардіологічний діагностичний катетер



КОпія
З ОРИГІНАЛОМ ЗГІДНО
ДИРЕКТОР ТОВ
«СВРОМЕДТЕХНІКА»
КУЗНЕСОВ О. В

	501110019627, 501110019727, 501110019827, 501110019927, 501110019628, 501110019728, 501110019828, 501110019928, 501110019629, 501110019729, 501110019829, 501110019929, 501110019630, 501110019730, 501110019830, 501110019930, 501110019631, 501110019731, 501110019831, 501110019931, 501110019632, 501110019732, 501110019832, 501110019932, 501110019633, 501110019733, 501110019833, 501110019933, 501110019634, 501110019734, 501110019834, 501110019934, 501110019635, 501110019735, 501110019835, 501110019935, 501110019636, 501110019736, 501110019836, 501110019936, 501110019637, 501110019737, 501110019837, 501110019937, 501110019638, 501110019738, 501110019838, 501110019938, 501110019639, 501110019739, 501110019839, 501110019939, 501110019640, 501110019740, 501110019840, 501110019940, 501110019641, 501110019741, 501110019841, 501110019941, 501110019642, 501110019742, 501110019842, 501110019942, 501110019643, 501110019743, 501110019843, 501110019943, 501110019644, 501110019744, 501110019844, 501110019944, 501110019647, 501110019747, 501110019847, 501110019947, 501110019648, 501110019748, 501110019848, 501110019948, 501110019651, 501110019751, 501110019851, 501110019951, 501110019652, 501110019752, 501110019852, 501110019952	
12.	512110021610, 512110021611, 512110021612, 512110021613, 512110021614, 512110021615, 512110021616, 512110021501, 512110021617, 512110021502, 512110021618, 512110021619, 512110021503, 512110021504, 512110021506, 512110021508, 512110021620, 512110021621, 512110021622, 512110021623, 512110021624, 512110021625, 512110021626, 512110021627, 512110021509, 512110021510, 512110021512, 512110021514, 512110021516, 512110021517, 512110021628, 512110021629, 512110021551, 512110021552, 512110021554, 512110021556, 512110021558, 512110021559, 512110021630, 512110021631, 512110021518, 512110021519, 512110021521, 512110021523, 512110021525, 512110021526, 512110021632, 512110021633, 512110021634, 512110021635, 512110021636, 512110021637, 512110021638, 512110021639, 512110021527, 512110021528, 512110021530, 512110021532, 512110021534, 512110021535, 512110021640, 512110021641, 512110021642, 512110021643, 512110021644, 512110021645, 512110021646, 512110021647, 512110021536, 512110021537, 512110021539, 512110021541, 512110021543, 512110021544, 512110021648, 512110021546, 512110021547, 512110021549, 512110021649, 512110021650, 512110021651, 512110021652, 512110021653, 512110021654, 512110021655	INVADER ПТКА RX балонний дилатаційний катетер
13.	ICLX2009, ICLX2013, ICLX2016, ICLX2020, ICLX2026, ICLX2033, ICLX22509, ICLX22513, ICLX22516, ICLX22520, ICLX22526, ICLX22533, ICLX22540, ICLX2509, ICLX2513, ICLX2516, ICLX2520, ICLX2526, ICLX2533, ICLX2540, ICLX2546, ICLX27509, ICLX27513, ICLX27516, ICLX27520, ICLX27526, ICLX27533, ICLX27540, ICLX27546, ICLX3009, ICLX3013, ICLX3016, ICLX3020, ICLX3026, ICLX3033, ICLX3040, ICLX3046, ICLX3509, ICLX3513, ICLX3516, ICLX3520, ICLX3526, ICLX3533, ICLX3540, ICLX3546, ICLX4009, ICLX4013, ICLX4016, ICLX4020, ICLX4026, ICLX4033, ICLX4513, ICLX4516, ICLX4520, ICLX4526, ICLX4533	CRE8 EVO стент коронарний з системою доставки, елютуючий

Уповноважений виробника в Україні
ТОВ «СВРОМЕДТЕХНІКА»
директор

КОПІЯ
З ОРИГІНАЛОМ ЗГІДНО
ДИРЕКТОР ТОВ
«СВРОМЕДТЕХНІКА»
КУЗНЕЦОВ О. В.



Кузнєцов О.В.